


Учреждение С.Р. 13790-94
1208
ОПИСАНИЕ
промышленных pH-метров типа *Contrans pH*
для Государственного реестра

Подлежит публикации
в открытой печати



СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМС

А.И.Асташенков А.И.Асташенков

"10" января 1994 года

Промышленные pH-метры
Contrans pH

Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших испытания в целях утверждения типа

№

Выпускается по технической
документации фирмы *Hartmann + Braun*
(Германия)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленный pH-метр *Contrans pH* предназначен для измерения pH жидких сред в автоматизированных системах управления технологическими процессами в нефтехимической, химической, пищевой и других отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Промышленный pH-метр комплектуют электродами погружного или проточного типа. Управление работой прибора, преобразование первичных сигналов и их обработку выполняет микропроцессорный блок. Результаты измерений выводятся на цифровой дисплей.

Осуществляется диагностика состояния прибора по значениям таких параметров, как сопротивление электродов, и их запоминание. В памяти преобразователя сохраняются протоколы трех предыдущих калибровок.

Предусмотрено измерение температуры с погрешностью $(0,2\% \pm 0,2)$ и автоматическая компенсация температуры измеряемой среды в диапазоне $(-50 \div 250)^\circ\text{C}$.

Преобразователь формирует аналоговый выходной сигнал 0-20 (4-20) мА, а также сигналы предупреждения о превышении заданных границ измеряемых величин.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения pH, ед.pH 0 - I4

Абсолютная погрешность, ед.pH, не более 0,01

Диапазон измерения температуры, °C -50 + 250

Диапазон температуры окружающей среды, °C -20 + 50

Потребляемая мощность, ВА, не более 10

Питание, В 220 $\pm 10\%$
 -15%

Масса, кг, не более 3

Габаритные размеры, мм, не более 305 x 225 x 87

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра проставляется на технической документации на промышленный pH-метр *Contrans pH*.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Промышленный pH-метр *Contrans pH* поставляется в следующем комплекте:

Электродная система

Преобразователь

Инструкция по эксплуатации и паспорт.

ПОВЕРКА

Проверка промышленного pH-метра *Contrans pH* осуществляется с применением стандарт-титров по ГОСТ 8.135 и буферных растворов с pH 0, I2, I4 ед. pH, приготовленных по ГОСТ 16287 в соответствии с указаниями, содержащимися в разделе "Проведение поверки" Инструкции по эксплуатации. Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы *Hartmann + Braun*
(Германия).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Промышленный pH-метр *Contrans pH* соответствует требованиям технической документации фирмы *Hartmann + Braun* (Германия).

Изготовитель: фирма *Hartmann + Braun* (Германия).

От ВНИИМС

Начальник отдела

Ш.Р.Фаткудинова

**HARTMANN & BRAUN
AKTIENGESELLSCHAFT
VERTRIEB AUSLAND**