



СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя

ГЦИ СИ «ВНИИМ

им. Д.И. Менделеева»

В.С.Александров

03 2008 г.

---

**Цилиндры мерные лабораторные  
стеклянные 1-го класса  
точности**

Внесены в Государственный  
Реестр средств измерений  
Регистрационный № 37576-08  
Взамен №

---

Выпускаются по технической документации фирмы «Bibby Sterilin Ltd.»,  
Великобритания.

### **НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Цилиндры мерные лабораторные стеклянные 1-го класса точности (далее - цилиндры) предназначены для измерений объемов жидкостей в аналитических лабораториях.

Область применения – химическая, нефтяная, пищевая и другие отрасли промышленности.

### **ОПИСАНИЕ**

Цилиндры мерные лабораторные стеклянные 1-го класса точности представляют собой градуированную стеклянную посуду. Цилиндры изготовлены из химико-лабораторного стекла.

Исполнение по ИСО 4788-80:

исп. 2 – с пришлифованной пробкой и стеклянной основой.

По своим метрологическим характеристикам цилиндры соответствуют 1-му классу точности по ИСО 4788-80.

### **Основные технические характеристики**

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

### **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на цилиндре краской с последующей термообработкой и на этикетку.

Таблица 1.

**Основные технические характеристики**

Номинальная вместимость, см <sup>3</sup>	Цена наименьшего деления шкалы, см <sup>3</sup>	Объем, соответствующий нижней отметке, см <sup>3</sup>	<i>D</i> , не менее	<i>H</i> , не более	<i>h</i> , не менее	<i>l</i> , не менее	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, см <sup>3</sup>	Конус по ГОСТ 8682 (исп. 2)
100	1,0	10,0	60	260	35	145	±0,5	19/26; 24/29

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Цилиндры поставляются в коробке. В коробку вкладывается этикетка с перечнем поставляемой продукции.

## ПОВЕРКА

Первичная поверка цилиндров мерных лабораторных стеклянных 1-го класса точности осуществляется по ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки: образцовая пипетка 1-го разряда по ГОСТ 8.100-73; дистиллированная вода по ГОСТ 6709-72, штатив.

Цилиндры мерные лабораторные стеклянные периодической поверке не подлежат.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ИСО 4788-80 «Посуда лабораторная стеклянная. Градуированные мерные цилиндры».

Техническая документация фирмы-изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип цилиндров мерных лабораторных стеклянных 1-го класса точности утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при ввозе в Россию и в эксплуатации.

### Изготовитель:

фирма «Bibby Sterilin Ltd.», Великобритания.  
Tilling Drive, Stone, Staffordshire ST15 0SA United Kingdom  
Tel: +44(0)1785812121  
fax: +44(0)1785813748  
www.bibby-sterilin.com

### Заявитель:

ООО «СокТрейд Ко»  
127549, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.60

Генеральный директор  
ООО «СокТрейд Ко»

 Е. А. Новиков