

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ


### Радиометр «Аргус-15»

#### Назначение средства измерений

Радиометр «Аргус-15» предназначен для измерения энергетической освещенности от инфракрасных светодиодов в спектральном диапазоне 0,75 - 1,1 мкм.


#### Описание средства измерений

Принцип действия радиометра «Аргус-15» основан на преобразовании потока излучения в диапазоне длин волн 0,75 - 1,1 мкм в электрический сигнал, пропорциональный энергетической освещенности. Конструкция радиометра «Аргус-15» включает индикаторный и измерительный блоки. Измерительный блок радиометра соединяется электрическим кабелем с индикаторным блоком.



Место нанесения  
маркировки

Рисунок 1 - Общий вид радиометра «Аргус-15» и место нанесения маркировки



Место нанесения  
маркировки

Место пломбирования

Рисунок 2 - Корпус радиометра и места нанесения маркировки и пломбирования (вид сзади)

## Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики радиометра приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Спектральный диапазон, мкм	0,75 – 1,10
Диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м <sup>2</sup>	0,1 - 200
Предел допускаемой погрешности измерения энергетической освещенности, %, не более	10,0
Габаритные размеры основных составных частей, мм, не более - индикаторного блока - измерительного блока	130×70×30 Ø 45×27
Масса основных составных частей, кг, не более - индикаторного блока - измерительного блока	0,2 0,3
Электропитание осуществляется от аккумуляторной батареи с напряжением, В	9
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - атмосферное давление, кПа - относительная влажность воздуха, %	20±5 101±5 65±15

## Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист Руководства по эксплуатации и на корпус радиометра методом наклеивания.

## Комплектность средства измерений

Перечень основного и дополнительного оборудования приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт
Радиометр «Аргус-15»	1
Руководство по эксплуатации с методикой поверки	1
Чехол	1

## Поверка

осуществляется по документу РЭ 4481-071-05842749-2013 «Радиометр «Аргус-15» Руководство по эксплуатации (приложение 1 «Методика поверки»)), утверждённому ГСИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» 14 января 2013 года

Основные средства поверки:

1 Вторичный эталон потока излучения и энергетической освещенности ВЭТ 162-3-2003

Основные метрологические характеристики:

диапазон длин волн 0,03 – 1,1 мкм;

диапазон значений энергетической освещенности  $10^{-6} - 10^2$  Вт/м<sup>2</sup>

среднее квадратическое отклонение (СКО)  $S_0 = (0,8 - 3,0) \cdot 10^{-2}$

2 Вторичный эталон потока излучения и силы излучения ВЭТ 84-14-2013

Основные метрологические характеристики:

диапазон длин волн 0,2 – 1,6 мкм;

диапазон значений потока излучения  $10^{-6} - 2 \cdot 10^{-2}$  Вт;

диапазон значений силы излучения  $10^{-3} - 10^2$  Вт/ср

среднее квадратическое отклонение (СКО)  $S_0 = (0,5 - 1,6) \cdot 10^{-2}$

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в РЭ 4481-071-05842749-2013 ««Радиометр «Аргус-15» Руководство по эксплуатации», раздел 10 «Подготовка к работе и порядок работы».

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к радиометру «Аргус-15»**

ТУ 4481-070-05842749-2013 «Радиометр «Аргус-15». Технические условия»

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

**Изготовитель**

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46.

Телефон: (495) 430-42-89; факс: (495) 437-31-47

E-mail: [vniiofi@vniiofi.ru](mailto:vniiofi@vniiofi.ru)

**Испытательный центр**

Государственный центр испытаний средств измерений федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ»), аттестат аккредитации государственного центра испытаний (испытательной, измерительной лаборатории) средств измерений № 30003-08 от 30.12.2008 г.

Адрес: 119361, Москва, ул. Озерная, 46.

Телефон: (495) 437-56-33; факс: (495) 437-31-47.

E-mail: [vniiofi@vniiofi.ru](mailto:vniiofi@vniiofi.ru)

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_2013 г.